

OBJEDNÁVATEL:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV
DIONÝZA ŠTÚRA
MLÝNSKÁ DOLINA 1
817 04 BRATISLAVA

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 35 / 2016

DÁTUM: 27. 04. 2016

TELEFÓN:

053/41 90 111

FAX:

053/44 26 709

IČO:

31753604

DIČ:

2020719646

DPH:

SK2020719646

PEŇAŽNÝ ÚSTAV:

ŠTÁTNA POKLADNICA

IBAN:

SK37 8180 0000 0070 0039 0960

BIC/SWIFT:

SPSRSKBA

Slovenská legálna metrológia, n.o..
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 954 521

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY: 30 dní od doručenia faktúry

DODACIA LEHOTA: Do 30 dní od doručenia objednávky

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Kalibrácia skúšobných zariadení:

REGIONÁLNE CENTRUM
GEOANALYTICKÉ LABORATÓRIA
MARKUŠOVSKÁ CESTA 1
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Kalibrácia závažia: prevádzka dodávateľa

FAKTÚRY ZASIELAJTE DVOJMO NA ADRESU:

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
REGIONÁLNE CENTRUM
MARKUŠOVSKÁ CESTA 1
052 40 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

POR. ČÍSLO	MNOŽSTVO	JEDN.	P R E D M E T
			<p>Objednávame u Vás kalibráciu skúšobných zariadení (analytické váhy a závažia) pre ŠGÚDŠ RC SNV s vystavením akreditovaného protokolu o kalibrácii v zmysle našej Výzvy zo dňa 19.04.2016 a Vašej cenovej ponuky č. 330/2016/04/0296 zo dňa 20.04.2016.</p> <p>Špecifikácia skúšobných zariadení (analytických váh a závaží) tvorí príloha č. 1 k tejto objednávke.</p>

VYBAVUJE: Ing. D. Mackových, CSc.

Ing. Branislav ŽEC, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ
PEČIATKA A PODPIS

Pozn.:

K faktúre prosíme doložiť kópiu našej objednávky.

Príloha č. 1 k objednávke: Kalibrácia skúšobných zariadení (analytických váh a závaží)

Zoznam skúšobných zariadení - analytických váh a závaží

Názov zariadenia	Označenie	Trieda presnosti	Maximálna váživosť	Výrobné číslo	Počet MJ
Analyzátor vlhkosti SARTORIUS	MA 45, 45/0,001g	1. trieda presnosti	45 g	17109888	1 ks
Váhy analytické SARTORIUS	1801, 110/0,0001g	1. trieda presnosti	110 g	3409203, 3501224, 3501335	3 ks
Váhy analytické SARTORIUS	A200S, 210/0,0001g	1. trieda presnosti	200 g	40030107	1 ks
Váhy analytické SARTORIUS	CP64 - OCE, 64/0,0001g	1. trieda presnosti	64 g	28210794	1 ks
Váhy analytické KERN	770, 60/210 0,00001/0,0001g	1. trieda presnosti	210 g	12107703	1 ks
Váhy analytické METTLER TOLEDO	AB 204, 200/0,0001g	1. trieda presnosti	210 g	1115340855	1 ks
Váhy analytické RADWAG	AS 220/C/2, 220/0,0001g	1. trieda presnosti	220 g	223757	1 ks
Váhy analytické RADWAG	PS 1000/C/2, 1000/0,001g	1. trieda presnosti	1000 g	224626	1 ks

Názov zariadenia	Trieda presnosti	Počet MJ
závažie o hmotnosti 2 g	F1	1 ks
závažie o hmotnosti 50 g	F1	1 ks
závažie o hmotnosti 1000 g	F1	1 ks